


## 29. 当所で伝導妨害イミュニティ試験を実施する際の準備

伝導イミュニティ試験では、試験ポートにCDN(結合/減結合回路網)を挿入します。CDN接続用の電線等は下記のものをご準備ください。

電源ポート:電源線は筐体から0.3m以下の長さのところで切断し、CDNに接続するためのバナナ端子を取り付けてください。

通信ポート:EMクランプ(長さ約60cm)で通信線を挟むので、90cm以上の通信線を用意してください。



福島県ハイテクプラザ EMC-ロメモ29

※「資料を読まれる方に」もお読みください。